

## 葡萄糖检测试剂盒（葡萄糖氧化酶法）出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏械注准 20172401828

检验日期: 2025-03-19

试剂盒批号: 2250317

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

PH计型号: PHS-3C

PH计编号: 600408N0016120566

试剂盒规格:

型号	规格
160ml(40)	R1: 32ml×4 R2: 8ml×4 STD: 2ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围 (2SD)
校准品	Sinnowa	2250317	2026-03-16	5.55mmol/L	
有证参考物质	卫生部临检中心	GBW (09175)	/	11.52mmol/L	
质控品 1	Randox hum asy control 2	1695UN	2028-03	6.28mmol/L	5.34-7.22mmol/L
质控品 2	Randox hum asy control 3	1309UE	2026-10	15.5mmol/L	13.2-17.8mmol/L

检验项目	要求	结果		判定
外观检查	R1 为无色或淡红色透明液体, R2 为无色透明液体, 均无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
净含量测定	不低于标示值。	40	R1 33.0ml	√
			R2 9.0ml	√
		STD	2.0ml	√
空白吸光度测定	在 500nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \leq 0.200$ 。	0.0150		√
分析灵敏度测定	在 500nm 处, 光径 1cm 时, 测量 1mmol/L 的 GLU 时, 吸光度变化 $\Delta A_{\text{mmol/L}} \geq 0.02$ 。	0.0906		√
准确度测定	实测值与标示值偏差应在 $\pm 20\%$ 范围内。	-2.95%		√
精密度测定	批内精密度 $CV \leq 5\%$ 。	质控品 1	2.45%	√
	批间精密度 $R \leq 10\%$ 。	质控品 2	0.85%	
pH 值测定	试剂的 PH 值范围是 6.50-7.50	R1	7.48	√
		R2	7.42	
线性测定	在试剂测量范围内, 线性相关系数 r 应不小于 0.9900。	0.9994		√
	[2.2-4.7]mmol/L 范围内, 线性绝对偏差不超过 $\pm 0.47\text{mmol/L}$ ;	浓度 1	4.48%	√
	(4.7-25.0)mmol/L 范围内, 线性相对偏差不超过 $\pm 10\%$ 。	浓度 2	7.64%	√
		浓度 3	0.72%	√
		浓度 4	0.30mmol/L	√
		浓度 5	0.03mmol/L	√
校准品外观检查	无色透明液体。	符合要求		√
校准品准确性测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后, 测定标准液, 相对偏差应不大于 $\pm 10\%$ 。	-0.06%		√
校准品均一性测定	瓶间变异系数不超过 5%。	0.08%		√
结论	检验是否合格。	合格		

检验人: 樊红

复核人: 张军

批准人: 周琦

