

编号：YNH/AJ-15-02-2012

## 血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求

检验日期：2024.11.29

试剂批号：22411251

配套稀释液批号：22411042

试剂规格：1L、5L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测1	检测2	检测3	均值	
外观	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标识值 5L	5.02L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH值	25±1℃时，7.00±0.50。	检测温度：25.0℃				√
		7.15	7.14	7.14	7.14	
空白值	RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L	0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于90%。	98.7%				√
结论	检验是否合格	合格				



检验人：王群

复核人：樊金童

批准人：周琦