

编号: YNH/AJ-15-44-2014

## HB-3D 血细胞分析用清洗液出厂检验报告

检验日期: 2024.12.05

试剂批号: 22412031

配套溶血剂批号: 22109101

配套稀释液批号: 22411042

试剂规格: 5L

设备信息:

仪器名称	血细胞分析仪	PH 计	电导率仪
仪器型号	HB-7021	PHS-3C	DDSJ-303A
仪器编号	H1HP002C	600408N0016120545	610708050039

检验项目	要求	检验结果				结果判定	
		检测 1	检测 2	检测 3	均值		
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√	
净含量测定	不低于标示值。	5.05L	5.06L	5.05L	5.05L	√	
pH 值测定	25±1℃时的 pH 值应为 7.10±0.2。	7.15	7.15	7.14	7.15	√	
电导率	25±1℃时的电导率应为 17.3±0.2mS/cm。	17.34	17.34	17.35	17.34	√	
空白值测定	WBC ≤ 0.3 × 10 <sup>9</sup> /L。	1	0.0	0.0	0.0	0.0	√
		2	0.0	0.0	0.0	0.0	√
		3	0.0	0.0	0.0	0.0	√
		4	0.0	0.0	0.0	0.0	√
		5	0.0	0.0	0.0	0.0	√
	RBC ≤ 0.03 × 10 <sup>12</sup> /L。	1	0.00	0.00	0.00	0.00	√
		2	0.00	0.00	0.00	0.00	√
		3	0.00	0.00	0.00	0.00	√
		4	0.00	0.00	0.00	0.00	√
		5	0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT ≤ 20 × 10 <sup>9</sup> /L。	1	0	0	0	0	√
		2	0	0	0	0	√
		3	0	0	0	0	√
		4	0	0	0	0	√
		5	0	0	0	0	√
	HGB ≤ 2g/L。	1	0	0	0	0	√
		2	0	0	0	0	√
		3	0	0	0	0	√
		4	0	0	0	0	√
		5	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格。					合格	

检验人: 张军

复核人: 张军

