

编号: YNH/AJ-15-33-2016

### 生化分析仪用清洗液/剂出厂检验报告

试剂名称: 生化分析仪用针强化清洗液      试剂批号: 2250509  
检验日期: 2025.05.13      试剂规格: R1:40ml×4 R2:10ml×4

检验项目	要求	检验结果	结果判定
外观检查	无色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求	√
净含量测定	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:10.0ml	√
pH 值测定	SBD 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应≥12;	检测温度: -℃	—
	NCH 清洗液: 25±1℃时的 pH 值应为 7.75-7.85。	—	
清洗率	清洗率大于 90%。	98.4%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人: 张群      复核人: 张金      批准人: 周琦