

编号: YNH/AJ-08-34-2017

血小板功能检测样品杯检验记录

单杯

双杯

批号	外观	尺寸	性能	实测结果	结论
XH2025-04	颜色透明, 表面光滑、无毛刺、无缺口	高48mm	用蒸馏水, 加入样品杯中, 杯子内液体不渗漏	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		外径 12.0 ± 0.15mm 内径 10.0 ± 0.15mm		合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>

总数: 每批次抽检比例为1% (每批最少抽检



备注: 不合格品比例应 ≤ 1%, 否则退回厂家

检验员:	王群	检验日期:	2025-11-17	复核人:	周琦
------	----	-------	------------	------	----