

编号: YNH/AJ-15-13-2024

### 样本稀释液出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号: 苏镇械备 20250095

检验日期: 2025.11.11

试剂批号: 2251110

产品型号: SPAG-01

试剂规格: 240mL (40mL×6)

设备信息:

仪器名称	血小板分析仪	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	AGGRENG-40	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	A1QQ005	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√); 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	40.5mL	40.5mL	40.5mL	40.5mL	√
电导率	25°C时, 19.30±0.50mS/cm	检测温度: 25.0°C				√
		19.33	19.33	19.32	19.33	
渗透浓度	320±10mOsm/kg	322	323	322	322	√
空白值	PLT≤2.5×10 <sup>5</sup> /L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格					合格



检验人: 张军

复核人: 樊莹

批准人: 周琦