

编号：YNH/AJ-15-13-2024

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏镇械备 20240098

检验日期：2025.12.11

试剂批号：22512091

产品型号：PLR-01

配套清洗液批号：22512011

试剂规格：1L、20L

设备信息：

| | | | | |
|------|----------|-------------------|--------------|-------|
| 仪器名称 | 血小板分析仪 | PH 计 | 电导率仪 | 冰点渗透压 |
| 仪器型号 | PL-12 | PHS-3C | DDSJ-303A | FM-8P |
| 仪器编号 | P2JN016C | 600408N0016120545 | 610708050039 | 0614 |

| 检验项目 | 要求 | 检验结果 | | | | 结果判定 合格(√)； 不合格(×) |
|------|----------------------------|------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| | | 检测 1 | 检测 2 | 检测 3 | 均值 | |
| 外观 | 澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物 | 符合要求 | | | | √ |
| 装量 | 不低于标示量 | 20.05L | 20.05L | 20.05L | 20.05L | √ |
| pH 值 | 25℃时，7.10±0.20 | 检测温度：25.0℃ | | | | √ |
| | | 7.14 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | |
| 电导率 | 25℃时，17.30±0.50mS/cm | 检测温度：25.0℃ | | | | √ |
| | | 17.32 | 17.33 | 17.33 | 17.33 | |
| 渗透浓度 | 310±10mOsm/kg | 312 | 312 | 313 | 312 | √ |
| 空白值 | PLT≤2.5×10 ⁵ /L | 0 | 0 | 0 | 0 | √ |
| 结论 | 检验是否合格 | | | | | |



检验人：周群

复核人：樊金童

批准人：周琦