

编号：YNH/AJ-15-111-2011

血小板诱聚剂（胶原）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（胶原）产品技术要求：苏械注准 20182400893

检验日期：2025.12.31

试剂盒批号：2251230

仪器编号：P2NH005C

检验仪器：PL-12

试剂盒规格：4ml（1ml×4）

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.0ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	1.51%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	45.43%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人：张军

复核人：张金童

批准人：周琦