

编号：YNH/AJ-15-112-2011

血小板诱聚剂（花生四烯酸）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（花生四烯酸）产品技术要求：苏械注准 20182400895

检验日期：2026.01.08

试剂批号：2260104

检验仪器：PL-12

仪器编号：P2NH005C

试剂规格：4ml（1ml*4）

| 检验项目 | 要求 | 结果 | 判定 |
|--------|--|--------|----|
| 外观检查 | 1. 血小板诱聚剂为冻干品，外观为白色或淡黄色疏松粉末； 2. 去离子水复溶后为无色或淡黄色液体。 | 符合要求 | √ |
| 净含量 | 不低于标示量。 | 1.00ml | √ |
| 重复性 | 测定血液标本时，血小板聚集率的批内变异系数（CV）应不高于 10%。 | 1.40% | √ |
| 批内瓶间差 | 测定血液标本时，血小板聚集率的瓶间变异系数（CV）应不高于 10%。 | 0.88% | √ |
| 血小板聚集率 | 测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 40%。 | 55.8% | √ |
| 结论 | 检验是否合格。 | 合格 | |



检验人： 张钰

复核人： 张钰

批准人： 周琦