


编号：YNH/AJ-08-12-2025

## PL 系列血小板分析仪专用诱聚剂杯检验记录

产品名称	PL 系列血小板分析仪专用诱聚剂杯	批号	2250605	
检验项目	外观	尺寸	性能	
检验要求	颜色透明, 表面光滑、无毛刺、无缺口	高	35mm±1.5mm	用蒸馏水, 加入杯中, 杯子内液体不渗漏
		上口外径	7.0mm±0.15mm	
		上口内径	6.0mm±0.15mm	
检验结果	外观符合要求	高	35.1mm	不漏液
		上口外径	7.01mm	
		上口内径	6.05mm	
检验结论	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 			
检验员	王群	复核人	周琦	
检验日期	2025-06-09	复核日期	2025-06-09	