

编号: YNH/AJ-15-33-2016

## 试剂出厂检验报告

试剂名称: SED 清洗剂  
 检验日期: 2026.01.28

试剂批号: 2260123  
 试剂规格: 40ml×5

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	40.5mL	40.5mL	40.5mL	40.5mL	√
pH 值	SBD 清洗液: 25±1℃, pH≥12; NCH 清洗液: 25±1℃, pH=7.80±0.05; 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, pH=7.00±0.50; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: 25±1℃, pH=7.10±0.20。	检测温度: -℃				—
		—	—	—	—	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: WBC≤0.3×10 <sup>9</sup> /L	—	—	—	—	—
	血小板分析仪专用清洗液: RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: RBC≤0.03×10 <sup>12</sup> /L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液: PLT≤10×10 <sup>9</sup> /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: PLT≤20×10 <sup>9</sup> /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: HGB≤2g/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。	合格				



检验人: 张

复核人: 张

批准人: 周琦