

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: 生化分析仪用针强化清洗液

试剂批号: 2260127

检验日期: 2026.01.28

试剂规格: R1:40ml×4 R2:10ml×4

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体, 不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	R1:41.0ml R2:11.0ml	√
pH 值	SBD 清洗液: 25±1℃, pH≥12; NCH 清洗液: 25±1℃, pH=7.80±0.05; 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, pH=7.00±0.50; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: 25±1℃, pH=7.10±0.20。	检测温度: <u>—</u> ℃				—
		—	—	—	—	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: WBC ≤0.3×10 ⁹ /L。	—	—	—	—	—
	血小板分析仪专用清洗液: RBC ≤0.03×10 ¹² /L; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: RBC ≤0.03×10 ¹² /L。	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液: PLT ≤10×10 ⁹ /L; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: PLT ≤20×10 ⁹ /L。	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: HGB ≤2g/L。	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。	合格				



检验人: 张军

复核人: 张军

批准人: 周琦