

血小板分析仪专用质控品（低值）靶值表

批号：2260121 规格：2ml

生产日期：2026-01-21 使用期限：2026-07-20

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
RBC	$\times 10^{12}/L$	1.58	1.38-1.78
MCV	fL	82	57-107
PLT	$\times 10^9/L$	75	60-90
MPV	fL	10.72	7.50-13.94

血小板分析仪专用质控品（中值）靶值表

批号：2260121 规格：2ml

生产日期：2026-01-21 使用期限：2026-07-20

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
RBC	$\times 10^{12}/L$	2.44	1.95-2.93
MCV	fL	77	54-100
PLT	$\times 10^9/L$	228	182-274
MPV	fL	8.88	6.22-11.54

血小板分析仪专用质控品（高值）靶值表

批号：2260121 规格：2ml

生产日期：2026-01-21 使用期限：2026-07-20

项目	单位	PL 系列	
		均值	参考区间
RBC	$\times 10^{12}/L$	3.25	2.60-3.90
MCV	fL	79	55-103
PLT	$\times 10^9/L$	370	296-444
MPV	fL	8.52	5.96-11.08