

白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）出厂检验报告

检验依据: 医疗器械产品技术要求编号 苏械注准 20172401823

检验日期: 2026-02-27

试剂盒批号: 2260225

生化仪机型: DS-401

生化仪编号: DS1KS001

紫外可见分光光度计型号: L5

紫外可见分光光度计编号: 077015020215050006

PH计型号: PHS-3C

PH计编号: 600408N0016120545

试剂盒抽检规格:

型号	规格
160ml (40)	R: 40ml×4 STD: 1ml×1

	制造商	批号	有效期至	靶值	范围 (2SD)
校准品	Sinnowa	2260225	2027-08-24	40g/L	
有证参考物质	北京市医疗器械检验所	GBW(E)090619	/	42.9g/L	
质控品	Randox hum asy control 2	1695UN	2028-03	40.4g/L	34.3-46.5g/L

检验项目	要求	结果		判定
外观检查	无色或淡黄色透明液体, 无悬浮物及沉淀物。	符合要求		√
净含量测定	不低于标示值。	40	40.5ml	√
		STD	1.1ml	√
空白吸光度测定	在 630nm 处, 光径 1cm 时, 空白吸光度 $A \leq 0.300$ 。	0.2752		√
分析灵敏度测定	在 630nm 处, 光径 1cm 时, 测量 40g/L 的白蛋白时, 吸光度变化 $\Delta A_{g/L} \geq 0.002$ 。	2.1981		√
准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后, 测定有证参考物质, 相对偏差 $\leq \pm 6.0\%$ 。	1	-4.66%	√
		2	-4.43%	
		3	-3.26%	
重复性测定	重复性 $CV \leq 2.0\%$ 。	1.63%		√
	批间差 $R \leq 5\%$ 。	5%		√
pH 值测定	pH 值范围是 4.10 ± 0.20 。	4.20		√
线性测定	在试剂测量范围内, 线性相关系数 r 应不小于 0.9900。 [10.0-20.0]g/L 范围内, 线性绝对偏差不超过 4.0g/L; (20.1-60.0]g/L 范围内, 线性相对偏差不超过 10%。	0.9990		√
		浓度 1	1.47%	√
		浓度 2	0.59%	√
		浓度 3	0.07%	√
		浓度 4	0.55%	√
		浓度 5	2.72g/L	√
浓度 6	1.32g/L	√		
标准液外观检查	无色或淡灰色透明液体。	符合要求		√
标准液准确度测定	使用校准品校准生化分析仪和试剂后, 测定标准液, 相对偏差应不大于 $\pm 10\%$ 。	-0.25%		√
标准液均一性测定	瓶间变异系数不超过 5%。	0.40%		√
结论	检验是否合格。			合格

检验人: 魏

复核人: 周琦



批准人: 周琦