编号：YNH/AJ-15-16-2011

血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）出厂检验报告

检验依据：血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）产品技术要求：苏械注准 20162400769

检验日期： 2026.03.18　　试剂批号： 2260309

检验仪器： PL-12　　仪器编号： P2NH005C

试剂规格： 4ml（1ml×4）、2ml（0.5ml×4）

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体，无悬浮物和沉淀物。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.00ml	√
重复性	测定血液标本时，血小板聚集率的变异系数（CV）应不高于 10%。	1.03%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时，血小板聚集率应不低于 30%。	55.93%	√
结论	检验是否合格。	合格	

检验人：　　复核人：　　批准人：周琦