

编号: YNH/AJ-15-33-2016

试剂出厂检验报告

试剂名称: SBD 清洗液
 检验日期: 2026.03.26

试剂批号: 22603231
 试剂规格: 1L、5L

检验项目	要求	检验结果				结果判定
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色或淡黄色透明液体,不得有沉淀、颗粒或絮状物。	符合要求				√
净含量	不低于标示值。	5.05L	5.03L	5.05L	5.04L	√
pH 值	SBD 清洗液: 25±1℃, pH≥12; NCH 清洗液: 25±1℃, pH=7.80±0.05; 血小板分析仪专用清洗液: 25±1℃, pH=7.00±0.50; HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: 25±1℃, pH=7.10±0.20。	检测温度: 25.0℃				√
		13.33	13.33	13.34	13.33	
空白值	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: WBC≤0.3×10 ⁹ /L	—	—	—	—	—
	血小板分析仪专用清洗液: RBC≤0.03×10 ¹² /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: RBC≤0.03×10 ¹² /L	—	—	—	—	
	血小板分析仪专用清洗液: PLT≤10×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: PLT≤20×10 ⁹ /L	—	—	—	—	
	HB-3D 血细胞分析仪用清洗液: HGB≤2g/L	—	—	—	—	
结论	检验是否合格。	合格				



检验人: 梁军

复核人: 樊金立

批准人: 周琦