

编号: YNH/AJ-08-34-2017

### 血小板功能检测样品杯 检验记录

批号	外观	尺寸	实测结果	结论
20250927	外观完好无破损， 无划痕，无毛刺； 瓶塞完好无遗漏	高 $48 \pm 0.1$ mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		杯口外径 $\Phi$ $12.1 \pm 0.05$ mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>

总数: 10000 每批次抽检比例为了10% (抽检数量1000)

备注: 不合格品比例应 $\leq 1\%$ , 否则退回厂家

检验员: 任宁 检验日期: 2025年09月27日 复核人: 周志勇

