

编号: YNH/AJ-15-16-2011

血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）出厂检验报告

检验依据: 血小板诱聚剂（二磷酸腺苷）产品技术要求: 苏械注准 20162400769

检验日期: 2026.05.15


试剂批号: 2260509

检验仪器: PL-12

仪器编号: P2NH005C

试剂规格: 4ml (1ml×4)

检验项目	要求	结果	判定
外观检查	无色透明液体, 无悬浮物和沉淀物。	符合要求	√
净含量	不低于标示量。	1.00ml	√
重复性	测定血液标本时, 血小板聚集率的变异系数 (CV) 应不高于 10%。	1.71%	√
血小板聚集率	测定正常血液标本时, 血小板聚集率应不低于 30%。	55.27%	√
结论	检验是否合格。	合格	



检验人: 张平

复核人: 梁金

批准人: 吴玲