

编号: YNH/AJ-08-34-2017

### 血小板功能检测样品杯检验记录

批号	外观	尺寸	实测结果	结论
DM202605	外观完好无破损, 无划痕, 无毛刺; 瓶塞完好无遗漏	高 $48 \pm 0.1$ mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
		杯口外径 $\Phi 12.1 \pm 0.05$ mm	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>	合格 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
总数: 10000		每批次抽检比例为了10% (抽检数量1000)		
备注: 不合格品比例应 $\leq 1\%$ , 否则退回厂家				
检验员:	王群	检验日期:	2026年6月24日	吴玲俊

